



Svenska
Läkaresällskapet

2012-01-20

Swedish Standards Institute

118 80 Stockholm

**Remiss SIS-9499 Sterilisering av medicintekniska produkter – Kemiska
desinfektionsmedel och antiseptiska medel**

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation som arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård.

Efter hörande av Svensk förening för Vårdhygien har Svenska Läkaresällskapet synpunkter på standardförslaget angående Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel.

För Svenska Läkaresällskapet

Stockholm den 20 januari 2012

Peter Friberg
Ordförande

Ingemar Qvarfordt
Ordförande, Sv. Förening för Vårdhygien

e-post: tuula.cammersand@sis.se**SIS**
Remissvar
Tuula Cammersand
118 80 STOCKHOLM

SIS/TK 349, Sterilisering av medicintekniska produkter

Svar på SIS-remiss 9499

avseende prEN 14476

**Senaste
svarsdatum** **2012-01-24**

Uppgifter om svarslämnaren Företag/Organisation/Myndighet Enskild person

Företag/Organisation/Myndighet

Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Handläggare (namn, telefon)

Anna Borgström, 08-440 88 92Datum 120120

Remissvar

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentarer
- Tillstyrker med kommentarer
- Avstyrker med motivering
- Har erfarenhet inom det område förslaget täcker
- Har tillämpat förslaget
- Ej berörd
- Kommentarer till föreslagen svensk titel
-

Datum

Svarslämnare: Läkarsektionen i SFVH

120120

Kommentarer på: SIS-remiss 9499

Förslag: prEN 14476

1	2	(3)	4	5	(6)	(7)
ID	Clause No./ Subclause No./ Annex (e.g. 3.1)	Paragraph/ Figure/Table/ Note (e.g. Table 1)	Type of comment	Comment (justification for changes)	Proposed change	Fylls i av SIS
	1. Scope, p4	1 st paragraph	ed:	...”Tested at a concentration of 80% or less (97%)”....	Writing error?? Impossible to understand otherwise	
	4. Requirements , p6	Table 1, test temperature	te:	Between 20°C and 20°C is not an interval.	If ambient or indoor temperature is intended why not 18-25 °C?	